

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące Zapytania ofertowego L.Dz./PRO-dzpz/5105/2019

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza klasę dokładności 1,5?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga przyrządów o klasie dokładności 0.5 lub lepszej.
Mierniki będą także wykorzystywane do celów naukowych, gdzie dokładność pomiaru ma duże znaczenie.